

TITULADOR AUTOMATICO DE OXIGENO DISUELTO



- AULOX está diseñado para operar con el Dosimat 865, su unidad de intercambio de 1mL y un agitador magnético Metrohm. (Dosimat 865 es la última versión de la bureta electrónica diseñada por Metrohm)
- La titulación se controla directamente en el procesador de AULOX
- LCD de 4.3" para despliegue en tiempo real de la curva de titulación
- Memoria extraíble para post-procesamiento de curvas. (20.000 titulaciones)
- Salida serial opcional para despliegue en PC
- Software de procesamiento y gestión de datos OPEN SOURCE
- Muestras en botellas cilíndricas y/o matraces. Volumen aprox: 110mL
- Dimensión física aproximada: 25x16x12 cm

AULOX



DEPARTAMENTO GEOFISICA
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION